



# Notes de mise à jour client :

## Fiery Color Profiler Suite, v5.4.3

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

**Remarque :** Le terme « Color Profiler Suite » désigne le Fiery Color Profiler Suite dans ce document.

Si vous disposez d'une version antérieure de Color Profiler Suite et que votre contrat de maintenance et d'assistance logicielle (SMSA) est valide, Fiery Software Manager vous informe de cette nouvelle version et vous permet d'effectuer une mise à niveau. Si votre SMSA n'est plus à jour, vous n'êtes pas averti, mais vous pouvez exécuter Fiery Software Manager (en sélectionnant Aide > Rechercher les mises à jour dans la fenêtre principale) pour renouveler votre SMSA et ensuite procéder à la mise à niveau.

Un utilisateur de Fiery XF ou Fiery proServer peut disposer de la mise à jour ou de la mise à niveau de Color Profiler Suite s'il possède le serveur Fiery XF 7.0 ou version ultérieure, la Color Profiler Option et un SMSA actif. La mise à jour disponible est visible dans Fiery Software Manager ou dans l'écran Applications et ressources de Fiery Command WorkStation. L'utilisateur peut vérifier le statut du SMSA de Fiery XF dans le gestionnaire de licences de Fiery XF.

## Nouveautés de cette version

Cette version de Fiery Color Profiler Suite introduit de nouvelles fonctionnalités.

**Application 64 bits :** Fiery Color Profiler Suite version 5.4.3 (CPS) est une application native 64 bits à la fois pour les plateformes Mac et Windows. Les systèmes d'exploitation 32 bits ne sont pas pris en charge pour CPS version 5.4.3. Si Fiery Software Manager est déjà en cours d'exécution sur un système d'exploitation 32 bits comme Windows 7 32 bits, il n'affichera pas les notifications de mise à jour pour le package CPS v5.4.3. Si vous essayez d'installer Fiery Software Manager sur un système d'exploitation 32 bits, vous verrez une erreur de compatibilité et l'installation sera annulée. Pour la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, voir [Configuration système](#) à la page 2.

**Remarque :** Cette version de Fiery Color Profiler Suite nécessite la version 5.4, qui requiert une nouvelle licence et un Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) actif. Si vous utilisez actuellement une version 5.x ou 4.x et que votre SMSA est valide, alors Fiery Color Profiler Suite télécharge automatiquement la licence la plus récente depuis le serveur de licences EFI. Pour renouveler le SMSA de Fiery Color Profiler Suite, contactez votre revendeur Fiery et indiquez le numéro de référence du renouvellement du SMSA 100000006105. Les propriétaires de Fiery Color Profiler Suite 4.x peuvent également acheter une mise à niveau à partir de la version 4.x vers la dernière version 5.x et une année de SMSA par l'intermédiaire de leur revendeur Fiery via le numéro de référence 3000013448 (livraison numérique) ou 3000013280 (livraison physique).



**Remarque :** Pour les points de lancement de Fiery Color Profiler Suite à partir de Fiery Command WorkStation, Fiery Command WorkStation 6.3 ou une version ultérieure est nécessaire (Fiery Command WorkStation 6.5 ou version ultérieure pris en charge). Les points de lancement à partir de versions antérieures de Fiery Command WorkStation ne lanceront pas de modules Fiery Color Profiler Suite 5.4.3.

- Les services de mesure de Fiery Color Profiler Suite sont compatibles de manière native avec la puce Apple M1.
- Plusieurs problèmes de Fiery Color Profiler Suite version 5.4.2 sont résolus.

## Configuration système

Pour exécuter Fiery Color Profiler Suite, votre ordinateur Windows ou Mac doit posséder la configuration système minimale suivante.

**Remarque :** Fiery Color Profiler Suite version 5.4.3 prend en charge les systèmes d'exploitation 64 bits uniquement.

Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11 (64 bits uniquement)</li><li>• Windows 10 (64 bits uniquement)</li><li>• Windows Server 2022 (64 bits uniquement)</li></ul>
macOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• macOS 12</li><li>• macOS 11</li><li>• macOS Catalina 10.15</li><li>• macOS Mojave 10.14</li></ul>
Configuration	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Go de RAM (minimum) et 8 Go de RAM ou plus sont recommandés</li><li>• 3 Go d'espace disque disponible pour une utilisation par des applications</li><li>• Processeur minimum :<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeur Intel® Core™ i5 ou supérieur</li><li>• Processeur AMD Ryzen™ 5 ou supérieur</li></ul></li><li>• Un moniteur prenant en charge les couleurs 16 bits avec les résolutions recommandées suivantes :<ul style="list-style-type: none"><li>• Résolution minimale :<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows : 1024x768</li><li>• macOS : 1024x800</li></ul></li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Résolution maximale :<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows : 2560x1600</li><li>• macOS : 2560x1600</li></ul></li><li>• Le module Fiery Verify nécessite une résolution de moniteur de 1280x1024.</li><li>• Carte son recommandée</li><li>• 1 port USB 2.0 (alimenté) pour le spectrophotomètre EFI. Des ports supplémentaires sont nécessaires pour l'utilisation d'autres instruments de mesure.</li></ul> <p><b>Remarque :</b> Le spectrophotomètre EFI ne fonctionne pas s'il est branché au port USB disponible sur la plupart des claviers ou à un concentrateur USB non alimenté. Le spectrophotomètre EFI et les câbles de raccordement sont fournis avec Fiery Color Profiler Suite.</p>
Imprimante	Toute imprimante couleur RGB, CMYK, ou CMYK+X

## Problèmes résolus dans la version 5.4.3

### **KM MYIRO-1 n'est pas détecté sur le matériel Intel version 12.3.1 de macOS**

L'instrument de mesure KM MYIRO-1 n'est pas reconnu sur le matériel Intel macOS 12.3.1, même si le KM MYIRO-1 est connecté.

### **Boutons de navigation masqués**

Si vous modifiez la mise à l'échelle sur un ordinateur Windows 10 afin d'inclure du texte, des applications ou d'autres éléments, il est possible que les boutons de navigation de Color Profiler Suite soient masqués.

### **Caractères UTF8 non pris en charge**

Fiery Verify ne peut pas ouvrir les profils dont le nom de fichier contient des caractères UTF8.

### **(mac OS) Color Profiler Suite reste en mode démo avec un instrument sous licence.**

Si vous exécutez Color Profiler Suite sur un ordinateur Mac en mode licence complète avec un seul instrument de mesure connecté, connectez-en un autre qui n'est pas sous licence, puis débranchez l'instrument de mesure sous licence, Color Profiler Suite passe alors en mode démo. Si vous reconnectez ensuite l'instrument de mesure sous licence, Color Profiler Suite reste en mode démo. Vous devez redémarrer Color Profiler Suite pour revenir en mode licence complète.

## Problèmes identifiés dans la 5.4.3

### **Instruments de mesure X-Rite iO connectés à macOS**

Les systèmes X-Rite i1iO/i1iO2 et i1iO3/i1iO3+, lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur exécutant macOS Monterey 12.4, ne sont pas détectés. Pour résoudre ce problème, installez macOS Monterey 12.5.

### **La mesure du jeu d'échantillons G7 P2P25Xa peut donner une erreur de numérisation.**

Dans Fiery Verify, une erreur de numérisation de bande incomplète s'affiche si vous mesurez la bande G7 P2P25Xa au-delà du dernier échantillon dans la mise en page d'échantillon officielle.

### **Mise à l'échelle de la résolution du moniteur**

Si vous mettez à l'échelle la résolution du moniteur sur un système Windows, Fiery Color Profiler Suite affiche une erreur.

### **Noms de tâche contenant des caractères spéciaux**

Les noms de tâche contenant des caractères spéciaux sont illisibles dans Fiery Verify.

### **Connexion des instruments de mesure Konica Minolta MYIRO-1 et MYIRO-9 au système Apple MacBook Pro**

Les instruments de mesure Konica Minolta MYIRO-1 et MYIRO-9 ne sont pas détectés lorsqu'ils sont connectés via une connexion USB (connecteur de type C) à un Apple MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020).

### **Utilisation de l'ES-6000 pour le profilage**

Vous ne pouvez pas utiliser l'ES-6000 en réseau pour le profilage si la Fiery Color Profiler Suite est installée sur le Fiery server.

### **L'ES-3000 n'est pas disponible à partir de Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Editor et Fiery Profile Inspector.**

L'instrument de mesure ES-3000 ne peut pas être sélectionné à partir des modules Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Editor et Fiery Profile Inspector dans Fiery Color Profiler Suite. Vous devez sélectionner l'ES-2000 en tant qu'instrument de mesure dans les modules lorsque vous utilisez l'ES-3000 en mode d'émulation, car il n'y a pas d'entrée ES-3000.

### **Mesure d'échantillons avec le Techkon SpectroDens**

Lorsque vous mesurez un diagramme correctif mise en page avec l'instrument de mesure Techkon SpectroDens, il reflétera les mesures dans le sens inverse si elles sont mesurées dans les deux sens. Il est recommandé de mesurer les échantillons de diagramme de gauche à droite uniquement.

## **Paramètre du grand échantillon KM MYIRO-1**

Le paramètre du grand échantillon KM MYIRO-1 prend du temps à être répercuté dans le volet de Prévisualisation.

## **Mesure des bandes de contrôle Barberi SpectroPad ou LFP qb dans le flux de production Fiery XF**

Il est impossible de mesurer les bandes de contrôle Barberi SpectroPad ou LFP qb avec les modes de connexion Ethernet ou WIFI dans Fiery Verify car il n'est pas prévu de spécifier les paramètres de connexion dans l'interface utilisateur du flux de production Fiery XF.

## **Informations de pied de page de l'impression de test**

Les informations de pied de page de l'impression de test s'affichent en anglais, quelle que soit la langue du système d'exploitation client dans Fiery Device Linker.

## **Mesurer les échantillons avec le X-Rite i1Pro3 Plus**

Lorsque vous utilisez le X-Rite i1Pro3 Plus pour lire des mesures dans FieryMeasure et que l'ordinateur passe en mode veille, vous ne pouvez plus continuer à prendre des mesures. Il est recommandé de désactiver le mode veille sur l'ordinateur de bureau avant de mesurer des échantillons.

## **Fiery Printer Profiler**

### **Affichage du Gestionnaire de calibrage des cibles de calibrage basées sur la densité G7**

Une fois Fiery Color Profiler Suite installé et sous licence, Calibrator propose l'option permettant de créer un calibrage G7. Avec le calibrage G7, les courbes de transfert sont appliquées sur une cible de calibrage du serveur Fiery pour obtenir une balance des gris G7. Le Gestionnaire de calibrage affiche la cible de calibrage originale et non la cible de calibrage avec les courbes de correction G7 NPDC appliquées.

### **Les profils de gamme de couleurs étendue créés sur l'iGen5 causent des dégradations indésirables**

Lorsque vous créez un profil pour l'espace colorimétrique CMYK+O, CMYK+G ou CMYK+B sur l'iGen5 et que vous remarquez la présence de dégradations indésirables sur les images, essayez de créer un nouveau profil dans un flux de production PDF afin d'utiliser la dernière imprimante Fiery Edge.

### **Connexion au serveur Fiery**

En cas d'interruption de la connexion au serveur Fiery alors que Fiery Printer Profiler imprime ou enregistre sur celui-ci, vous risquez d'obtenir des résultats inattendus.

## **Création d'une imprimante virtuelle lorsque de nouvelles données de calibrage et un nouveau profil sont créés**

Un nom de profil ne peut comporter de caractères codés sur deux octets lorsque vous créez une imprimante virtuelle quand de nouvelles données de calibrage et un nouveau profil sont créés.

### Informations supplémentaires

#### **Mesure avec IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a**

Dans Fiery Verify, lorsque vous mesurez le diagramme de l'agencement des échantillons à l'aide de l'EFI ES-1000, de l'EFI ES-2000, du Konica Minolta FD-5BT ou de l'EFI ES-3000 (avec l'option Mesure sans règle sélectionnée), la gamme de contrôle média IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a doit être mesurée de la gauche vers la droite. Si vous mesurez les gammes de contrôle média de la droite vers la gauche, un message d'avertissement s'affiche en rouge avec la coche verte manquante afin de vous informer que la mesure n'a pas été effectuée correctement. Si vous décidez d'ignorer cet avertissement et la coche verte manquante, les valeurs de mesure seront enregistrées dans le sens inverse.